

仕 様 書

1 業務内容

中央手術室で使用する全身麻酔器の点検と定期交換部品の交換。

2 場所

岐阜県立多治見病院 中央診療棟 2階 中央手術室

3 対象機器と点検内容

(1) 対象機器

点検対象機種	数量	点検内容
全身麻酔器ファビウス GS 【ARTM-0025】	1	点検及び定期交換部品の交換。 基本的に、業務は平日 9 時～17 時を除く時間帯または診療日以外に行うものとする。
全身麻酔器ファビウス GS 【ARWL-0051】	1	
全身麻酔器ファビウス GS 【ARXL-0142】	1	
全身麻酔器ファビウス GS 【ARYM-0114】	1	
全身麻酔器ファビウス GS プレミアム 【ASBJ-0126】	1	
全身麻酔器ファビウス GS プレミアム 【ASDM-0006】	1	
全身麻酔器ファビウス GS プレミアム 【ASEL-0345】	1	
全身麻酔器ファビウス GS プレミアム 【ASFM0001】	1	
夜間休日時間外点検オプション	8	

(2) 完了報告

保守点検業務を終了したときは、書面により報告書を提出し、臨床工学部職員の検査を受けるものとする。

4 履行期限

契約締結日 ～ 2022年10月31日

5 留意事項

点検の実施日は日程調整のうえ決定すること。