

新中央診療棟モニターディスプレイ調達に関する一般競争入札公告の質問と回答

回答日：令和5年11月15日

番号	質問	回答
1	50型モニターのVESAマウントは必須でしょうか。	必須となります。
2	32型モニターのVESAマウントは必須でしょうか。	必須となります。
3	32型モニターのコントラスト、応答速度の仕様は緩和可能でしょうか。	機器仕様を満たしている事が望ましいですが、一部仕様に合わない程度であれば、入札申請書の提出前に入札担当者へ選定機器の仕様を満たせていない部分を説明していただき、当院での運用想定に沿う機器であると承認を得た場合は可とします。
4	納品は一括納品となりますでしょうか。分納であれば分納回数のご提示をお願いします。	落札後に協議が必要と考えますが、一括納品の予定です。
5	納品場所は指定されますか。複数か所となる場合はありますか。	只今協議中のため落札後に指定させていただきます。複数か所となる場合もあります。
6	納品は指定場所までの運搬を含みますでしょうか。車上渡し、軒先渡しでもよろしいでしょうか。	指定場所までの運搬をお願いします。
7	納品場所の養生については対象外でよろしいでしょうか。	対象外となります。
8	製造メーカーの指定はございますでしょうか。海外メーカーでもよろしいでしょうか。	メーカー指定はありません。
9	保守については指定はございますか。メーカーの標準保証のみで宜しいでしょうか。	保守の指定はなく、メーカーの標準保証のみで可です。